

Cascavel, 31 de janeiro de 2024

## Comunicado ao cliente COM-GQ – 005.24

Aos Clientes Medix Brasil,

A Medix Brasil Ltda informa a realização de Ação Corretiva do produto Medix Brasil Eletrodo Descartável para ECG em virtude do recebimento das reclamações referentes a interferências de leitura e problemas de adesão à pele.

Sendo assim, a empresa Medix Brasil Ltda, inscrita no CNPJ 10.268.780/0001-09, vem informar que está sendo realizada a Ação de Campo com o recolhimento dos lotes envolvidos nas reclamações recebidas através dos canais SAC e NOTIVISA.

### PRODUTOS DA AÇÃO DE CAMPO:

**Fabricante:** Shanghai Intco Electrode Manufacturing Co., Ltd

**Modelo:** Medix Brasil Eletrodo Descartável para ECG

**Notificação ANVISA:** 80495510048

**Lotes:** 021DIX19004; 021DIXI9001; 021DIXI9002; 021DIXI9005; 22DIX1903; 22DIX1904; 22DIX1906; 22DIX1909; 23DIX1904; 22DIX1908; 22DIX1905; 022DIX19002;

Solicitamos que, nos informem sobre o estoque atual destes lotes na empresa, até o dia 01/03/2024 através do e-mail [qualidade01@medixbrasil.com.br](mailto:qualidade01@medixbrasil.com.br).

Atenciosamente  
Medix Brasil Ltda

