



www.protdesc.com.br

Santa Bárbara D'Oeste, 22 de Abril de 2024

Prezado cliente,

Em esclarecimento a publicação realizada no diário oficial na Resolução 1.461 de 17 de abril de 2024, a ProtDesc foi notificada a esclarecer sobre o lote 76412 do produto Máscara Cirúrgica Tripla Bca que não foi aprovado no quesito rotulagem em um ensaio realizado.

O produto não está apresentando nenhum desvio de qualidade que tenha impacto em sua aplicação ou na saúde do usuário. A falha diz respeito a rotulagem do produto após a atualização da RDC 751,2022 que dita sobre a rotulagem do produto. Já estamos realizando as medidas necessárias para correção do desvio. nos desculpamos por qualquer transtorno causado.

Atenciosamente,
Dra. Milena Fernandes - CRF/SP: 86.447
Farmacêutica - Qualidade



ProtDesc do Brasil Importação e Exportação LTDA
Rodovia Margarida da Graça Martins - SP 135 KM
3,70 - Bairro: Caiubi - Sa la 07 CEP 13.459-505
Santa Bárbara d'Oeste/SP



protdesc@protdesc.com.br



(19) 3026-5757



[protdesc](https://www.instagram.com/protdesc)