



COMUNICADO DE RECOLHIMENTO

FIO DE SUTURA NYLON SUPERMEDY

A Supermedy Importação & Exportação Ltda, considerando o Laudo de Análise Fiscal nº 1077.1P.0/2024/IOM/FUNED, emitido pela Fundação Ezequiel Dias – FUNED, informa que foi determinada a suspensão da distribuição, uso e comercialização de TODOS OS MODELOS, TAMANHOS E LOTES do Fio de Sutura Nylon Supermedy, comercializados por esta empresa.

Motivo do Recolhimento:

Defeito identificado: Rotulagem – ausência de informações obrigatórias, em desacordo com a legislação sanitária vigente, conforme descrito abaixo:

-Resolução RDC nº 156, de 11 de agosto de 2006, e RE nº 2.605, de 11 de agosto de 2006:

Ausência do dizer obrigatório "Proibido Reprocessar":

-Resolução RDC nº 751, Art. 47, inciso VII:

Ausência das condições específicas de armazenamento e conservação do produto.

Início da Ação de Recolhimento

30 de janeiro de 2026

Ações a serem adotadas pelos distribuidores e estabelecimentos de saúde

Interrupção imediata de qualquer atividade relacionada à distribuição, uso ou comercialização dos produtos envolvidos;

Segregação do material remanescente em estoque, mantendo-o em local seguro, identificado e isolado;

Comunicação imediata à Supermedy quanto à existência de qualquer quantidade residual em estoque.

Canais de Contato

Para esclarecimentos adicionais, favor entrar em contato por meio de nossos canais oficiais:

✉ recolhimento@supermedy.com.br

☎ (11) 5012-3167

🕒 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h30