

## COMUNICADO AOS CLIENTES

Comunicamos aos nossos parceiros e clientes que foi identificado informações inconsistentes na embalagem do produto Esparadrupo Haifix, relacionada a validade e composição. A embalagem possui a informação que o produto tem validade de 5 anos (prazo de validade correto: 3 anos) e a presença da resina acrílica, responsável pela impermeabilização, mas o produto possui apenas resinas responsáveis pela adesividade (produto não impermeável).

Ambos as informações têm baixo risco de evento adverso ao paciente, pois se trata de um produto classificado como grupo I, baixo volume importado, utilizado para fixação de curativos não estéreis e de curto prazo de aplicação. Ressaltamos que o produto físico está de acordo com toda a documentação apresentada para sua notificação junto à Anvisa, mas devido falha na elaboração da embalagem, que atualmente passa por 3 línguas diferentes, houve uma inadequada plotagem dos dados no produto.

A HaiBreath é uma empresa que seus pilares são a qualidade de seus produtos e a segurança para os pacientes e profissionais, sendo de nossa responsabilidade comunicar qualquer alteração no produto que possa apresentar riscos, mesmo que mínimos, à população brasileira.

Solicitamos que caso possua em estoque o produto, entrar em contato com a empresa para a correção física da embalagem. Qualquer dúvida ou necessidade, podem ser tratadas diretamente com o time comercial ou responsável técnico, através do e-mail [rt@haibreath.com](mailto:rt@haibreath.com).

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro 2026.

---

**BRUNO AMARAL MAURO**  
DIRETOR EXECUTIVO