



COMUNICADO IMPORTANTE

Prezado Cliente,

O equipamento SISTEMA DE TRATAMENTO DE PELE - **SECRET RF**, regularizado junto a ANVISA sob número de notificação 80380269006, inclui a unidade principal, o pedal, painel LCD sensível ao toque, peças manuais equipadas com ponteiras estéreis de uso único.

A energia RF é aplicada através das ponteiras de uso único, que devem estar em leve contato com a epiderme e o tecido desejado.

Foi verificado durante inspeção na rotulagem das agulhas/ponteiras de tratamento MRT AC , acessório do Sistema de tratamento de pele Secret RF, a inserção de nº de registro incorreto, sendo registro Anvisa nº 80102512441, que se trata do produto LENTE COLLAMER IMPLANTÁVEL VISIAN, inválido junto a ANVISA, sendo o detentor a empresa VR Medical.

Esclarecemos que as ponteiras de tratamento MRT AC estéreis (microagulhas descartáveis) foram regularizadas como acessórios do equipamento Sistema de tratamento de pele Secret RF ANVISA nº 80380269006, cujo detentor do registro é a empresa MedSystems Comercio Imp. Ex, podendo ser adquiridas separadamente conforme a escolha e necessidade do cliente.

Visto que o produto ponteira de tratamento MRT AC recebeu em sua rotulagem o nome correto do acessório, ser parte integrante do registro e funcionar em conjunto com o Sistema de tratamento de pele Secret RF, conforme o manual de instruções do equipamento. O risco sanitário relativo à inclusão incorreta do nº de registro na rotulagem ser baixa.

Solicitamos que verifiquem se em seus estoques ainda possuem **ponteiras de tratamento MRT-AC-01 do equipamento Secret RF com número de registro incorreto, caso afirmativo, solicitamos que entrem em contato com o distribuidor através do suporte ao cliente, pelo WhatsApp no número (11) 5180-5050 ou clicando no botão abaixo, para que seja feita a troca do produto por outro com a etiqueta devidamente corrigida.**

[Clique aqui para entrar em contato](#)

Alberto Afonso Gonzales Biscuola
Responsável técnico

São Paulo, 17 de março de 2026.

